

KLASA: UP/I-960-03/00-07/140
URBROJ: 558-03/9-01-1
Zagreb, 30. siječnja 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke S.T.O. USLUGA - VAGOMEHANIKA, Duga Resa, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: FA, DVM 300, DK 700 i MSR 2
 - proizvođač mjerila: ELBA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Ettlingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1011
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka S.T.O. USLUGA - VAGOMEHANIKA, Duga Resa, podnijela je ovom Zavodu, 27. listopada 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. S.T.O. USLUGA-VAGOMEHANIKA,
47250 Duga Resa, Trg Svetog Juraja 11
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/97-04/125, URBROJ:558-03/1-98-1,
od 22. siječnja 1998. pod službenom oznakom HR M-6-1011.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga ugrađenih u postrojenje za proizvodnju betona s elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajem (EPU) proizvodnje PFISTER, tip MSR 2 za pojedinačan prikaz mase do 4 (četiri) vage.

3. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	1500...8000	300...2000	250...1000	do 25 kg
Razred točnosti	Ⓜ /2	Ⓜ /2	Ⓜ /2	Ⓜ /2
	Ⓜ /3	Ⓜ /3	Ⓜ /3	Ⓜ /3

4. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled EPU MSR 2 i način ovjeravanja Način zaštite prekidača kalibracije i kablova vaga

5. OSTALO

Prema izvornom rješenju.

ovjerna žig u obliku naljepnice



Slika 1

zaštitni žig za kliješta
za kablove vaga



zaštitni žig obliku
naljepnice

4 (četiri) prekidača za ulaz
u mod kalibracije vaga

Slika 2