

KLASA: UP/I-960-03/01-07/226
URBROJ: 558-03/9-02-1
Zagreb, 11. veljače 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EV2001
 - proizvođač mjerila: ORU i VAGE d.d.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Udine – Italija i Zagreb – R.Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1013
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb podnijela je ovom Zavodu, 21. prosinca 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb,
Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/08, URBROJ:558-03/09-98-2, od 05. svibnja 1998, pod službenom oznakom HR M-6-1013.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga u građevinske ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona proizvodnje ORU, Italija.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

| Tip vage | Vaga za agregat | Vaga za cement | Vaga za vodu | Vaga za dodatke |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Max (kg) | 600...6000 | 200...2000 | 200..2000 | do 30 kg |
| Razred točnosti | Ⓜ /2 i 3 | Ⓜ /2 i 3 | Ⓜ /2 i 3 | Ⓜ /2 i Ⓜ /2 i 3 |

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

| Crtež | Opis |
|-------------------------------|---|
| Slika 1 Slika 2 Slika 3 | Izgled postrojenja i upravljačkog pulta s EPU EV 2001 vaga Način ovjere i zaštite Način zaštite spojne kutije MPS |

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1



Slika 2


Ovjerni žig u obliku naljepnice

Ovjerni žig za udaranje



Mali zaštitni žig za udaranje

Slika 3



Zaštitni žig u obliku
nalepnice