

KLASA: UP/I-960-03/04-07/19
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 31. ožujka 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EV2001, FA(192.288), MPE-D, MICRO 43 i P-WS
 - proizvođač mjerila: AMMANN, ORU, CIFA, BUSCH, LIEBHERR i VAGE d.d
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija, SR Njemačka i Zagreb-R. Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1013
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23. veljače 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d.,
2. 10000 Zagreb, Koledovčina 2/a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-04-07/19

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: AMMANN, ORU, CIFA, BUSCH, LIEBHERR i VAGE d.d.

Službena oznaka tipa:

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip EV2001, FA (192, 288), MPE-D,
MICRO 43 i P-WS**

HR M-6-1013

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/08, URBROJ:558-03/09-98-2, od 05. svibnja 1998, dopunama tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/9-01-07/226, URBROJ:558-03/09-02-2, od 11. veljače 2002., KLASA:UP/I- 960-03/9-02-07/42, URBROJ:558-03/09-02-2, od 25. ožujka 2002. i KLASA:UP/I- 960-03/9-02-07/113, URBROJ:558-03/09-03-1, od 28. ožujka 2003. pod službenom oznakom HR M-6-1013.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona proizvodnje (ORU i CIFA) – Italija, (AMMANN, BUSCH i LIEBHERR) – SR Njemačka i VAGE d.d. – R. Hrvatska.

Elektronički pokazno – upravljački uređaji (EPU) mogu biti:

EV2001- proizvodnje Bilanciai, FA (192, 288) – proizvodnje Mesomatic, MPE-D (L115, L116, L118, L126, L130, L136, L225 i L226 – proizvodnje Avery-Berkel), MICRO 43 – proizvodnje NBC Elettronika i P-WS -Lumas.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	600...6000	200...2000	200..2000	do 30 kg
Razred točnosti	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i Ⓜ /2 i 3

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja.