

KLASA: UP/I-960-03/04-07/36
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 20. travnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNA RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: FA (192x i 288x), DK 800 i NAE 103
 - proizvođač mjerila: GEDIS, EIRICH, FIBROMIX, LIEBHERR i ROMA CZ
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1015
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune rješenja o tipnom odobrenju mjerila mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog o dobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb podnijela je ovom Zavodu, 08. travnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Aba, 10000 Zagreb,
II Pračanska 6a
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRIOLOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/36

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: GEDIS, EIRICH, FIBROMIX, LIEBHERR i ROMA CZ

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip: FA (192 i 288), DK 800 i
NAE 103**

**Službena oznaka tipa:
HR M-6-1015**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/43, URBROJ:558-03/9-98-2, od 03. rujna 1998., dopunama tipnog odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/98-07/101, URBROJ:558-03/9-99-1, od 25. listopada 1999., KLASA:UP/I- 960-03/00-07/32, URBROJ:558-03/9-00-2, od 22. ožujka 2000. i KLASA:UP/I- 960-03/02-07/68, URBROJ:558-03/9-02-2, od 11. srpnja 2002., pod službenom oznakom HR M-6-1015.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga u građevinske svrhe ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona proizvodnje LIEBHERR.
Elektronički pokazno – upravljački uređaji (EPU) mogu biti tipa
FA (192 i 288) i DK-800 – proizvodnje Mesomatic.
Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	100..1000	do 35 kg
Razred točnosti	Ⓜ / 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3

3. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja.