

KLASA: UP/I-960-03/04-07/89
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 09. kolovoza 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MICRO 43, SA 01, SD 01 i FA (192 i 288)
 - proizvođač mjerila: ORU, NUGO ROMANO, NBC ELETTRONICA i MESOMATIC
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija i SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1018
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. srpnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d.,
2. 10000 Zagreb, Koledovčina 2/a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-04-07/89

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: ORU, NUGO ROMANO, NBC Elettronica i Mesomatic

**Službena oznaka tipa:
HR M-6-1018**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip: MICRO 43, SA 01, SD 01 i
FA (192 i 288)**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/98-07/82, URBROJ: 558-03/09-99-1, od 09. lipnja 1999., i dopunama tipnog odobrenja KLASA:UP/I-960-03/00-07/81, URBROJ: 558-03/09-00-2, od 22. ožujka 2000. i KLASA:UP/I-960-03/03-07/48, URBROJ: 558-03/09-03-3, od 26. rujna 2003., pod službenom oznakom HR M-6-1018.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja mjerila osim: Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo, tipa SA 01, ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona proizvodnje NUGO ROMANO.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	200...500	do 35 kg
Razred točnosti	III / 2 i 3	III / 2 i 3	III / 2 i 3	III / 2 i 3

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled postrojenja u H. Žarištu (Krnjak), izgled EPU tipa SA 01 te način ovjere vaga i zaštite natpisnih pločica Način zaštite kablova i spojnih kutija kablova MPS
Slika 2	

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/89

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1018

Slika 1



Zaštitni žig u obliku naljepnice

Ovjerni žig u obliku naljepnice



PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/89

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1018

Slika 2



Zaštitni žig u obliku plastične pločice

