



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/45
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 19. svibnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MICRO 43, SA 01, SD 01 i FA (192 i 288)
 - proizvođač mjerila: ASPHALT TECHNOLOGIES, ORU, NUGO ROMANO, NBC ELETTRONICA i MESOMATIC
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija i SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1018
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. svibnja 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)



Dostaviti:

1. VAGE d.d.,
2. 10000 Zagreb, Koledovčina 2/a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-06-07/45

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: Asphalt Technologies, ORU, NUGO ROMANO, NBC Elettronica i Mesomatic

Službena oznaka tipa:

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip: MICRO 43, SA 01, SD 01 i
FA (192 i 288)**

HR M-6-1018

1. **TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/98-07/82, URBROJ: 558-03/09-99-1, od 09. lipnja 1999., i dopunama tipnog odobrenja KLASA:UP/I-960-03/00-07/81, URBROJ: 558-03/09-00-2, od 22. ožujka 2000., KLASA:UP/I-960-03/03-07/48, URBROJ: 558-03/09-03-3, od 26. rujna 2003. i KLASA:UP/I-960-03/04-07/89, URBROJ: 558-03/9-04-2, od 9. kolovoza 2004., pod službenom oznakom HR M-6-1018.

2. **TEHNIČKI PODACI**

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja mjerila osim: Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo, tipa SA 01, ugrađenih u postrojenja za proizvodnju asfalta proizvodnje ASPHALT TECHNOLOGIES.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	200...500	do 35 kg
Razred točnosti	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3

3. **CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled postrojenja proizvodnje ASPHALT TECHNOLOGIES u Gradecu

4. **OSTALO**

Prema navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/45

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1018

Slika 1

