

KLASA: UP/I-960-03/00-07/19
URBROJ: 558-03/9-00-2
Zagreb, 05. travnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke PRIMJER d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EV2001 i P - WS
 - proizvođač mjerila: OFFICINE PICCINI , SIMEM i PRIMJER
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija i R. Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1019
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRIMJER d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 17. veljače 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima mjerila mase- vage u građevinske ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

Dostaviti:

1. PRIMJER, Zagreb – Sesvete,
10363 Belovar, Vatrogasna 20
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/34, URBROJ:558-03/9-99-1, od 17. lipnja 1999.i dopune odobrenje tipa: KLASA: UP/I-960-03/99, URBROJ:558-03/9-99-2 od 22. ožujka 1999., pod službenom oznakom HR M-6-019.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki i oznaka tipa iz navedenog tipnog odobrenja i dopune odobrenja tipa ugrađenih u postrijenja za proizvodnju betona proizvodnje OFFICINE PICCINI, SIMEM i PRIMJER. Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...6000	200...1500	150...600	do 25 kg
Razred točnosti	III /3	III /2 i III /2	III /2	III /2 i III /2

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU EV 2001 i način ovjeravanja

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju dopuni odobrenja tipa.

Slika 1

ovjermi žig u obliku naljepnice

