

KLASA: UP/I-960-03/02-07/35
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 26 srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke PRIMJER d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EV2001, P - WS i S 20 (276x)
 - proizvođač mjerila: OFFICINE PICCINI , SIMEM i PRIMJER
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija i R. Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1019
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRIMJER d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 04. ožujka 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima mjerila mase - vage u građevinske ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. PRIMJER, Zagreb – Sesvete,
10363 Belovar, Vatrogasna 20
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/34, URBROJ:558-03/9-99-1, od 17. lipnja 1999.i dopunama odobrenje tipa: KLASA: UP/I-960-03/99, URBROJ:558-03/9-99-2 od 22. ožujka 1999. i KLASA:UP/I-960-03/00-07/19, URBROJ: 558-03/9-00-2, od 05. travnja 2000., pod službenom oznakom HR M-6-019.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnom odobrenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga u postrojenje za proizvodnju betona proizvodnje PRIMJER – Belovar sa elektromehaničkim vagama s elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajima (EPU) proizvodnje SOEHNLE, tip S20 276x. Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...6000	200...1500	150...600	do 25 kg
Razred točnosti	Ⓜ /3	Ⓜ /2 i Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i Ⓜ /2

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA



Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU tip S20 276 i način ovjeravanja i zaštita spojnog kabla vage (jedan EPU može davati prikaz za tri vage)

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopuni odobrenja tipa.

Slika 1

Ovjerni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig vijka za učvršćenje kabla
mjernih pretvornika i pločice kalibracije