

KLASA: UP/I-960-03/03-07/26
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 25. travnja 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke PRIMJER d.d., 10363 Belovar, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EV2001, P-WS, S 20 (276x) i WE2110
 - proizvođač mjerila: OFFICINE PICCINI, SIMEM, STASIS i PRIMJER
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija, SR Njemačka i R.Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1019
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRIMJER d.d., 10363 Belovar, podnijela je ovom Zavodu, 17. veljače 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. PRIMJER d.d., 10363 Belovar,
Vatrogasna 20
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRIOLOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-03-07/26

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: OFFICINE PICCINI, SIMEM, STASIS i PRIMJER

**Službena oznaka tipa:
HR M-6-1019**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip EV 2001, P-WS, S 20(27x) i
WE2110**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/98-07/34, URBROJ:558-03/09-99-1, od 17. lipnja 1998., dopunama tipnih odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/65, URBROJ:558-03/09-99-2, od 22. ožujka 1999., KLASA:UP/I- 960-03/00-07/19, URBROJ:558-03/09-99-2, od 05. travnja 2000. i KLASA:UP/I- 960-03/-07/335, URBROJ:558-03/09-02-2, od 26. srpnja 2002., pod službenom oznakom HR M-6-1019.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja osim: Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona proizvodnje STASIS DS 25 RTM 750/0,5.

Elektronički pokazno – upravljački uređaji (EPU) su tipa WE 2110 (HBM, SR Njemačka)

Žig u obliku plastične plombe postavlja se kao zaštita kalibracionog prekidača, EPU i spojne kutije kablova MPS.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za aditiv
Max (kg)	500...6000	200...1500	150...600	do 25
Razred točnosti	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3
Proizvođač mjernih pretvornika sile (MPS)	HBM ili drugi odobreni za upotrebu u Europi			

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU 2110 sa zadnje strane i način zaštite kalibracionog prekidača

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnih odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/0307/26


URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1019

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig kalibracionog prekidača i EPU WE 2110