

KLASA: UP/I-960-03/01-07/169
URBROJ: 558-03/9-01-1
Zagreb, 14. rujna 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke PRECIZ, 31216 Antunovac, Ivanovac, Duga 136, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: IMK 227
 - proizvođač mjerila: WIBAU WSO 120 i KOVINARSKO KRŠKO WKM-130
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SR Njemačka i R. Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1022
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRECIZ, 31216 Antunovac, Ivanovac, Duga 136, podnijela je ovom Zavodu, 11. rujna 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. PRECIZ, 31216 Antunovac, Ivanovac, Duga 136
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/00-07/66, URBROJ:558-03/9-00-2, od 03. srpnja 2000. pod službenom oznakom HR M-6-1022.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga ugrađenih u postrojenje za proizvodnju asfalta proizvođača Kovinarsko Krško, tip WKM – 130, s elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajem (EPU) proizvodnje IMK d.o.o, R.Slovenija tip IM 227

3. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za filer
Max/e (kg)	1500/5	300/1
Razred točnosti	Ⓜ /2	Ⓜ /2
Proizvođač mjernog pretvornika sile (MPS) MPS/tip/broj	HBM/Z6 H2/3	HBM/Z6 H2/1

4. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled postrojenja WKM –130 Izgled EPU IM 227 i način ovjeravanja te zaštite natpisne pločice i kablova MPS

5. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

Slika 1



Slika 2

Zaštitni žig u obliku naljepnice



Ovjerni žig u obliku naljepnice

