

KLASA: UP/I-960-03/05-07/15
URBROJ: 558-03/6-05-1
Zagreb, 23. ožujka 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke PRIMJER d.o.o., 10363 Belovar, Vatrogasna 20, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: CPS 20
 - proizvođač mjerila: LIEBHERR
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1023
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRIMJER d.o.o., 10363 Belovar, Vatrogasna 20, podnijela je ovom Zavodu, 01. ožujka 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. PRIMJER d.o.o.,
10363 Belovar, Vatrogasna 20
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/01-07/82, URBROJ: 558-03/09-01-2, od 15. travnja 2001. i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I-960-03/02-07/26, URBROJ: 558-03/09-03-4, od 30. ožujka 2003., pod službenom oznakom HR M-6-1023.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju mjerila osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona tip CPS 20, proizvodnje LIEBHERR – SR Njemačka s EPU LITRONIC MPS II.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	600...6000	200...2000	200..2000	do 50 kg
Razred točnosti	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3

3. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.