

C F R J — S F R J

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЈЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ КОВИНЕ
"ЗВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ПЛЕМЕНИТЕ КОВИНЕ
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЧЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД—БЕОГРАД—БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, пошт. фах 746, tel: 183-786, TELEX: 11020 YU YUZMEG

Na osnovu člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SFRJ“, br. 32/78) i člana 36. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima („Službeni list SFRJ“, br. 9/84), na zahtev:

R.O. "VAGA" BEOGRAD, Dimitrija Tucovića 6

donosi se

R E S E N J E Br. 0212-6370
O O D O B R E N J U T I P A M E R I L A

1. Odobrava se da se mogu podnosi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: POLIAUTOMATSKA VAGA

B. OZNAKA TIPE MERILA: DR-130/130

C. PROIZVODAČ MERILA: R.O. "VAGA" BEOGRAD, Dimitrija Tucovića 6.

D. NAMENA MERILA: MERENJE BRAŠNA U PROIZVODNOM PROCESU

E. SLUŽBENA OZNAKA TIPE MERILA: M-6-6.

2. Sastavni deo ovog rešenja čini prilog sa podacima o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti Merila i načinom žigosanja merila iz tačke ovog rešenja.

3. Podnositelj zahteva je dužan da u zakonskom roku naknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 25.700,00 dinara.

4. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Obrazloženje

Zahtevom: R.O. "VAGA" BEograd, Dimitrija Tucovića 6., broj: 2830, od: 28.09.1984. traženo je donošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove za ovu vrstu merila odnosno **Pravilnika o metrološkim uslovima za vase sa automatskim funkcionisanjem ("Službeni list SFRJ", br. 1/84).**

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa merila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila (»Službeni list SFRJ«, br. 44/84 i 4/85).


Na osnovu napred izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izviđaču veću, preko Saveznega zavoda za mreže i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dosavljanja rešenja. Žalba mora biti taksirana sa 60 dinara administrativne takse. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, br. 20/84), u iznosu od 16 i 60 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnositelja zahteva i poništena.

BEOGRAD, 05.06.—19885.
Co. MRS
KIS
OPkOP
Za "Glasnik" (6)
Psarac

D I R E K T O R
Milisa Vojčić, dipl. ecc.



Prilog rešenju broj: 0212-6370

1. Podaci o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti
merila

1.1. Klasa tačnosti: (B)

1.2. Merni opsezi: od 20 kg do 130 kg
i od 20 kg do 180 kg.

1.3. Podeljak: d=500 g.

1.4. Vagu sačinjava: noseća konstrukcija, dozator, koš, polužni sistem sa mernom polugom i uredaj za upravljanje automatskim ciklusom. Merna poluga se sastoji od produžetka na kome je teg za pariranje i kraka sa dve paralelne lamele: na donjoj je skala sa podelom $d_1 = 10$ kg, opsega od 0 do (Max - 10) kg, a na gornjoj je skala sa podelom $d = 500$ g i opsega 0 do 10 kg, tako i pomoćna neimenovana skala sa tegom za regulaciju naknadnog dovoda. Na mernoj poluzi, u blizino oslonca, nalazi se ispust koji aktivira mikroprekidač, čime se upravlja automatskim ciklusom.

2. Način žigovanja merila vaga se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na olovnom umetku natpisne pločice.

3. Prilog:

- crtež A3DR2G3-110-1
- kinematska šema DRI30/180

KINEMATSKA ŠEMA

DR130/180

8.1984 TGPALOVIC B. Kinaelement.

