



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/07-07/10
URBROJ: 558-02.01/1-07/2
Zagreb, 18. svibnja 2007.

Državni zavod za mjeriteljstvo, na temelju članka 219. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), radi ispravljanja tiskarske pogreške u rješenju, donosi

ZAKLJUČAK

U rješenju o dopuni tipnog odobrenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo Klasa: UP/I-960-03/06-07/45, Urbroj: 558-03/6-06-2, od 19. svibnja 2005. godine, ispravlja se ova tiskarska pogreška:

- I. U prilogu rješenja o dopuni tipnog odobrenja, točka 2., tablica mjeriteljskih značajki mijenja se izgleda kao u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement bitumen	Vaga za vodu filer	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	200...500	do 35 kg
Razred točnosti	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3	III /2 i 3

Ispravak ove pogreške upisat će se u izvornik rješenja o dopuni tipnog odobrenja iz stavka 1. izreke ovog zaključka, i njegov je sastavni dio.

Obrazloženje

Državni zavod za mjeriteljstvo izdao je rješenje o dopuni tipnog odobrenja tvrtki VAGE d.d., Koledovčina 2/a, 10000 Zagreb, za elektromehaničku vagu tvorničke oznake mjerila: MICRO 43, SA 01, SD 01 i FA (192 i 288).

U prilogu rješenja o dopuni tipnog odobrenja, točka 2., tablica mjeriteljskih značajki, red 1., stupac (3. i 4.) tiskarskom pogreškom nepotpuno je upisana namjena vage.

Kako se radi o očiglednoj pogreški u pisanju, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog zaključka.

Uputa o pravnom sredstvu:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., Koledovčina 2/a, 10000 Zagreb
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



U rješenju o dopuni tipnog odobrenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo Klasa: UP/I-960-03/06-07/45, Urbroj: 558-03/6-06-2, od 19. svibnja 2005. godine, ispravlja se ova tiskarska pogreška:

- I. U prilogu rješenja o dopuni tipnog odobrenja, točka 2., tablica mjeriteljskih značajki mijenja se i izgleda kao u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement bitumen	Vaga za vodu filer	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	200...500	do 35 kg
Razred točnosti	III / 2 i 3	III / 2 i 3	III / 2 i 3	III / 2 i 3

U Zagrebu, 18. svibnja 2007.

