

KLASA: UP/I-960-03/99-7/58
URBROJ: 558-03/9-99-2
Zagreb, 24. rujna 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke BANKOVIĆ, Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Utezi
 - tvornička oznaka mjerila: M2
 - proizvođač mjerila: BANKOVIĆ
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR MU-0-1004
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka BANKOVIĆ, Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 19. srpnja 1999 godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg ("Narodne novine" broj 56/98) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. Bravarsko - varilačka radnja, popravak
balans vaga i ugostiteljstvo, 10000 Zagreb, Maksimirska 95/2
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. OPĆI PODACI

Podnositelj zahtjeva: BANKOVIĆ
Maksimirska 95/2
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: BANKOVIĆ
Zagreb, R. Hrvatska

Vrsta mjerila: Utezi

Tip mjerila: razred točnosti M2


Službena oznaka tipa: HR MU-0-1004

OPIS UTEGA

2.1. UTEZI RAZREDA TOČNOSTI M2

2.1.1. Izmjere cilindričnih utega (mm)

Nazivna masa	Pogreška (± mg)	ϕ	ϕ 1	ϕ 2	H	L	A	B	C	Materijal	Vanjska obrada
1 g	3	6	5,5	3	5,6	2,7				CuZn39Pb2	
2 g	4	6	5,5	3	10	7,2				CuZn39Pb2	
5 g	5	8	7	4,5	16,1	12,2				CuZn39Pb2	
10 g	6	10	9	6	17,2	12,6				CuZn39Pb2	
20 g	8	13	11,5	7,5	20,9	15,3				CuZn39Pb2	
50 g	10	18	16	10	28	20	4,5	15	7,5	CuZn39Pb2	
100 g	15	22	20	13	37,5	26,5	4,5	19	7,5	CuZn39Pb2	
200 g	30	28	25	16	46	33,5	7	24,5	10,5	CuZn39Pb2	
500 g	75	38	34	22	71	54	7	50	10,5	Sl. 18	Lakirano
1 kg	150	48	43	27	91	69	12	65	18,5	Sl. 18	Lakirano
2 kg	300	60	54	36	116,5	88,5	12	80	18,5	Sl. 18	Lakirano
5 kg	750	80	72	46	162	125	18	120	24,5	Sl. 18	Lakirano
10 kg	1500	100	90	58	206	159	18	160	24,5	Sl. 18	Lakirano



Slika 1

- Udešavanje

Utezi do 20 g nemaju šupljinu za udešavanje mase.
 Utezi od 20 g imaju šupljinu za udešavanje mase.

- Oznake

Na gornjoj površini glave utega označuje se urezivanjem nazivna masa utega i razred točnosti M2..

- Garnitura

Po želji naručitelja sastav garniture može biti i nestandardni.

Utezi razreda točnosti M2 isporučuju se pojedinačno osim male garniture tipa BS - 99 od 5g do 200g u plastičnoj kutiji. Kutija sadrži:

Tip	Min	Max	5g	10g	20g	50g	100g	200g
BS - 99	5g	200g	1	2	1	1	2	1

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled utega

4. NATPISI I OZNAKE

Oznake na pojedinačnim utezima moraju biti u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg ("Narodne novine", broj 56/98).

5. POSTUPAK OVJERAVANJA UTEGA

Pojedinačni utezi i garniture ovjeravaju se u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg ("Narodne novine", broj 56/98).