

KLASA: UP/I-960-03/21-07/109
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke VAGORAD, Petrinja, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Uteg 500 kg
 - tvornička oznaka mjerila: M1
 - proizvođač mjerila: MAJEVICA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Bačka Palanka, Srbija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR MU-0-1006
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Objasnenje

Tvrtka VAGORAD, Petrinja, podnijela je ovom Zavodu, 24. rujna 2002. godine, zahtjev za produljenje valjanosti tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 50 kg do 5000 kg ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGORAD,
44250 Petrinja, Nazorova 17
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. OPIS UTEGA

Uteg je cilindričnog oblika, izrađen je iz sivog ljeva , a na gornjoj strani ima dvije šupljine za udešavanje, s mesinganim poklopcima i četiri vijka za zatvaranje.

Uteg je zaštićen antikorozivnim slojem boje.

2. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Masa utega/tip	500 kg
Razred točnosti	M1
Broj podjela n	5000
Oblik	cilindričan
Gradivo	sivi lijev

5. NATPISI I OZNAKE

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za uporabu utega unose se na natpisnu pločicu utega u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za nazivne mase 50 kg do 5000 kg.

- Nazivna masa: 500 kg
- Razred točnosti: M1
- Službena oznaka tipa utega: HR MU-0-1006
- Serijski ili tvornički broj utega

Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE UTEGA

Utezi koji udovoljavaju odredbama pravilnika, ovjeravat će se utiskivanjem službenih žigova u olovne plombe postavljene u šupljini glave vijaka za učvršćivanje mesinganih poklopaca šupljina za umjeravanje utega a bez uništenja kojih se ne može vršiti promjena mase utega.

Žig vrijedi 2 (dvije) godine.