



**REPUBLIKA HRVATSKA**

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/19-04/11

UR.BROJ: 558-02-01-02/1-19-2

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Na temelju članka 70. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 74/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09) u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka Mjerenje i automatizacija d.o.o., 3. Poljanice 13, HR- 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune rješenja o odobrenju tipa mjerila, zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

**RJEŠENJE  
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:

- vrsta mjerila: Manometar
- tvornička oznaka mjerila: RChx, RSChx, RQS, Rg i RPGx
- proizvođač mjerila: Manotherm Beierfeld GmbH
- mjesto i država proizvodnje mjerila: Beierfeld, Njemačka
- službena oznaka mjerila: HR P-1-1037

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.

3. Ovo rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila važi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.

4. Podaci o dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Mjerenje i automatizacija d.o.o., 3. Poljanice 13, HR- 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 17. lipnja 2019. godine zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. Ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj

82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije i Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka ("Narodne novine" broj 53/05), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila važi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja,

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.

Prilog: kao u tekstu.

RAVNATELJICA  
  
Brankica Novosel

The image shows a circular official stamp of the State Institute for Metrology of the Republic of Croatia. The stamp contains the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top and 'DRŽAVNI ZAVOD ZA MJELENJE I AUTOMATIZACIJU' at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Croatia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Brankica Novosel'. Below the signature, the name 'Brankica Novosel' is printed in a standard font.

Dostaviti:

1. Mjerenje i automatizacija d.o.o., 3. Poljanice 13, HR- 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

Pored uporabe manometara proizvođača Manotherm Beierfeld GmbH, tvorničke oznake RChx, RSChx, RQS, Rg i RPGx odobrenih Rješenjem o odobrenju tipa mjerila klasa: UP/I-034-02/18-04/09, urudžbeni broj: 558-02-01-02/1-18-2, od 07. svibnja 2018, dozvoljava se uporaba istih modela proizvođača ARMANO Messtechnik GmbH.

## 1. PRIMJENJENI PROPISI

- Zakon o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 74/14)
- Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor ("Narodne novine" broj 100/03 i 124/03)
- Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo ("Narodne novine" broj 121/14, 66/18)
- Naredba o visini, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje rabe ovlašteni servisi kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava ("Narodne novine" broj 113/09, 134/09 i 58/11)
- Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila ("Narodne novine" broj 107/15)
- Pravilnik o mjernim jedinicama ("Narodne novine" broj 88/15)
- Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02)
- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka ("Narodne novine" broj 53/05).


## 2. DOKUMENTI

Ovo odobrenje tipa mjerila doneseno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Information letter 03/2019
- Fotografija brojčanika sa novim logom.

## 3. DOPUNA

Temeljem udruživanja tvrtki Armaturenbau GmbH i Manotherm Beierfeld GmbH, pod zajedničkim imenom „ARMANO Messtechnik GmbH“, odobrava se ovjera svih tipova manometara iz izvornog Rješenja o odobrenju tipa mjerila s novim logom tvrtke „ARMANO“ (Slika 1).



Slika 1. Izgled brojčanika mjerila

#### 4. OSTALO

Kao u prilogu izvornog rješenja.