



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/07-07/20

URBROJ: 558-03.2/1-07-3

Zagreb, 04. srpnja 2007.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila, tvrtke MEDIA d.o.o., Zagreb, Karlovačka cesta 65a, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: uređaj za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjer)
 - tvornička oznaka mjerila: OSZ1, OSZ2, OSZ3, OSZ4 i OSZ5
 - proizvođač mjerila: WELCH ALLYN, GmbH&Co. KG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR P-3-1024
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila vrijedi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o izmjenama i dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., Zagreb, Karlovačka cesta 65a, podnijela je ovom Zavodu 03. srpnja 2007. zahtjev za dopnu tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

U provedenom postupku utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) ("Narodne novine" br. 53/05) i da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila vrijedi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., Zagreb, Karlovačka cesta 65a
2. OMP - PJ Zagreb, Rijeka, Osijek, Split
3. Glasilo Zavoda
4. Pismohrana, ovdje



PRILOG DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA
KLASA: UP/I 960-03/07-07/20
URBROJ: 558-03.2/1-07-3
PROIZVOĐAČ: WELCH ALLYN, GmbH&Co. KG, Njemačka
MJERILO: uređaj za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjer)
TIP: OSZ1, OSZ2, OSZ3, OSZ4 i OSZ5

Službena oznaka tipa:
HR P-3-1024

MJERNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prema rješenju o odobrenju tipa: KLASA: UP/I-960-03/96-04/88
URBROJ: 558-03/1-98-1, od 22. siječnja 1998.
i dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila: KLASA: UP/I-960-03/99-07/6
URBROJ: 558-03/7-99-2, od 4. ožujka 1999.

PROMJENA IMENA PROIZVOĐAČA

Na ovjeru će se primati uređaji za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjeri) tipa OSZ1, OSZ2, OSZ3, OSZ4 i OSZ5 proizvođača WELCH ALLYN, GmbH&Co. KG.

OSTALO

Prema izvornom rješenju o odobrenju tipa: KLASA: UP/I-960-03/96-04/88
URBROJ: 558-03/1-98-1, od 22. siječnja 1998.
i dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila: KLASA: UP/I-960-03/99-07/6
URBROJ: 558-03/7-99-2, od 4. ožujka 1999.