

KLASA: UP/I-960-03/03-07/5
URBROJ: 558-03/3-03-2
Zagreb, 5. veljače 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke [Danfoss d.o.o., Zagreb](#), radi odobranja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: [Mjerilo protoka mjerila toplinske energije](#)
 - tvornička oznaka mjerila: [SONOFLO SONO 2500 CT](#)
 - proizvođač mjerila: [HYDROMETER GmbH](#)
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: [Ansbach, Njemačka](#)
 - službena oznaka tipa mjerila: [HR Q-1-1001](#)
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka [Danfoss d.o.o., Zagreb](#), podnijela je ovom Zavodu, 21. siječnja 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane [Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije](#) ("Narodne novine" broj 25/00) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr. sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. [Danfoss d.o.o., Heinzelova 6a, 10000 Zagreb](#)
2. OMP PJ– Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI PODACI

Kao u prilogu tipnog odobrenja klasa: UP/I-960-03/01-07/68, urbroj: 558-03/4-01-3, od 1. ožujka 2001. godine, pod službenom oznakom tipa mjerila HR Q-1-1001 osim što je mjerilo protoka mjerila toplinske energije tipa SONOFLO SONO 2500 CT prije proizvodio Danfoss A/S, Nordborg, Danska, a sada HYDROMETER GmbH, Ansbach, Njemačka, pod istom oznakom tipa, istih tehničkih i mjeriteljskih značajki te istih natpisa i oznaka.

2. OPIS MJERILA

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja osim što mjerilo protoka mjerila toplinske energije tipa SONOFLO SONO 2500 CT nazivnog promjera DN 25 može biti i trajnog protoka 3,5 m³/h, pa se tablica u točki 3.4. navedenog tipnog odobrenja proširuje i izgleda kao tablica 1 ove dopune.

Tablica 1: Protok (q_p , q_i i q_s), položaj ugradbe, mjesto ugradbe i mjeriteljski razred točnosti

Nazivni promjer DN	25	25	32	40	50	65	80
Trajni protok q_p (m ³ /h)	3,5	6	6	10	15	25	40
Gornja granica protoka q_s (m ³ /h)	7	9	9	20	30	50	80
Omjer q_p/q_i (sve izvedbe)	100 : 1						
Položaj ugradbe (sve izvedbe)	vodoravan ili okomit (smjer vode prema gora ili prema dolje)						
Mjeriteljski razred točnosti (sve izvedbe)	2						

3. OSTALO

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja.