

KLASA: UP/I-960-03/05-07/5
URBROJ: 558-03/9-05-3
Zagreb, 2005-07-05

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 163/03), u povodu zahtjeva tvrtke SIEMENS d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb za izmjenu tipnog odobrenja mjerila protoka mjerila toplinske energije KLASA: UP/I-960-03/05-07/5 URBROJ: 558-03/9-05-1 od 27. siječnja 2005. g. za izmjenom tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O IZMJENI TIPNOG ODOBRENJA

- I. U točki 1. tipnog odobrenja mjerila protoka mjerila toplinske energije, KLASA: UP/I-960-03/01-07/68, URBROJ: 558-03/4-01-4, od 1. ožujka 2001. godine u alineji drugoj oznaka tipa mjerila SONOFLO SONO 3000/3300 zamjenjuje se oznakom tipa mjerila SITRANS F US SONOFLO SONOCAL 3000/3300, a u alineji trećoj naziv proizvođača Danfoss A/S zamjenjuje se nazivom proizvođača Siemens Flow Instruments A/S.
- II. U cijelom tekstu priloga tipnog odobrenja mjerila iz točke I. ovog rješenja oznaka tipa mjerila SONOFLO SONO 3000/3300 zamjenjuje se oznakom tipa mjerila SITRANS F US SONOFLO SONOCAL 3000/3300, a naziv proizvođača Danfoss A/S zamjenjuje se nazivom proizvođača Siemens Flow Instruments A/S.
- III. U točki 8. tipnog odobrenja mjerila protoka mjerila toplinske energije, KLASA: UP/I-960-03/01-07/68, URBROJ: 558-03/4-01-4, od 1. ožujka 2001. godine, Slika 3. zamjenjuje se slikom 3a. iz priloga ovog Rješenja o izmjeni tipnog odobrenja.

Obrazloženje

Tvrtka SIEMENS d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 27. siječnja 2005. g. zahtjev za izmjenu tipnog odobrenja mjerila iz točke I. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena potrebna tehnička dokumentacija.

Tvrtka Siemens kupila je pogone za proizvodnju mjerila protoka mjerila toplinske energije tvrtke Danfoss A/S u Danskoj i novonastala tvrtka za proizvodnju mjerila protoka mjerila toplinske energije se nalazi na istoj adresi, a zove se Siemens Flow Instruments A/S.

Mjerila protoka mjerila toplinske energije tipa SITRANS F US SONOFLO SONOCAL 3000/3300 proizvođača Siemens Flow Instruments A/S po konstrukciji i svim mjeriteljskim značajkama odgovaraju mjerilima koja su odobrena tipnim odobrenjem pod službenom oznakom tipa mjerila HR Q-1-1002 od 1. ožujka 2001. godine.

Ovo rješenje važi do isteka tipnog odobrenja mjerila iz točke I. ovog rješenja.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

R A V N A T E L J

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Tvrtka SIEMENS d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

Prilog Rješenja o izmjeni tipnog odobrenja
KLASA: UP/I-960-03/05-07/5, URBROJ: 558-03/9-05-3

Slika 3a: Natpisne pločice mjerila protoka mjerila toplinske energije SITRANS F US SONOFLO SONOCAL 3000/3300

