

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi:

## RJEŠENJE

Prestaje vrijediti tipno odobrenje za mjerila toplinske energije tipa Sonogyr WSD proizvođača: SIEMENS Landys & Staefa, službena oznaka tipa: HR Q-2-1003, KLASA: UP/I-960-03/93-04/62, URBROJ: 558-03/1-94-1 od 07. 09. 1994. i KLASA: UP/I-960-03/97-04/37, URBROJ: 558-03/1-97-2 od 03. 07. 1997. i KLASA: UP/I-960-03/99-07/30, URBROJ: 558-03/4-99-1 od 23. 04. 1999.

## OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije ("Narodne novine" br. 25 / 2000.) (u daljnjem tekstu : Pravilnik), mjerila toplinske energije razvrstana su u dva razreda točnosti s oznakama razred točnosti 2 i razred točnosti 3.

Mjerilo toplinske energije iz izreke ovog rješenja odobreno je tipnim odobrenjem KLASA: UP/I-960-03/93-04/62, URBROJ: 558-03/1-94-1 od 03 07 1997., KLASA: UP/I-960-03/97-04/37, URBROJ: 558-03/1-97-2 od 03. 07. 1997. i KLASA: UP/I-960-03/99-07/30, URBROJ: 558-03/4-99-1 od 23. 04. 1999. za razred točnosti 4, koji nije propisan Pravilnikom.

Temeljem članka 25. Pravilnika, mjerila toplinske energije iz izreke ovog rješenja, koja su već u uporabi, mogu se podnositi na ponovno ovjeravanje do 31. prosinca 2005. godine

Na temelju iznesenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo je rješenje konačno. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske u roku od 30 dana.



Ravnatelj:

dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing

Klasa: UP/I 960-03/01-07/85

Ur. broj: 558-03/4-01-1

Zagreb, 2001-04-06

Dostaviti: - Siemens Building Technologies AG, Landis & Staefa Division,  
Representative Office, Froudeova 94, 10020 ZAGREB  
- OMN Zagreb, Rijeka, Osijek, Split  
- pismohrana, ovdje