

KLASA: UP/I-960-03/98-07/51
URBROJ: 558-03/4-98-2
Zagreb, 7. srpnja 1998

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke M.V.S. automatizacija d.o.o., Medveščak 19, Zagreb, radi odobranja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: mjerilo toplinske energije
 - tvornička oznaka mjerila: SENSONIC
 - proizvođač mjerila: Raab Karcher Energieservice GmbH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Münster, Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: **HR Q-2-1012**
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka M.V.S. automatizacija d.o.o., Medveščak 19, Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 1. srpnja 1998 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima kojima moraju udovoljavati mjerila toplinske energije ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Tvrtka M.V.S. automatizacija d.o.o., Medveščak 19, Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. Sve kao u prilogu rješenja o tipnom odobrenju mjerila toplinske energije KLASA UP/I 960-03/97-04/26, URBROJ: 558-03/1-97-7 pod službenom oznakom tipa mjerila Q-2-1012 od 14. svibnja 1997.

2. U točki 2.6 priloga rješenju o odobrenju tipa mjerila umjesto navedenih granica dopuštene pogreške za parove otporskih termometara ovisno o temperaturnoj razlici treba stajati rečenica: "Granice dopuštene pogreške za parove mjerila temperature moraju zadovoljavati uvjete određene Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima kojima moraju udovoljavati mjerila toplinske energije".

3. Točki 2.7 treba dodati rečenicu: "Iznos vrijednosti impulsa mora biti naveden na natpisnoj pločici mjerila protoka".

4. U točki 3 priloga rješenju o odobrenju tipa mjerila umjesto navedenih granica dopuštenih pogrešaka ovisno o razlici temperatura treba stajati rečenica: "Granice dopuštene pogreške mjerila toplinske energije moraju zadovoljavati uvjete određene Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima kojima moraju udovoljavati mjerila toplinske energije".

5. U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila toplinske energije tipa SENSONIC proizvođača Raab Karcher Energieservice GmbH, Münster, Njemačka, službena oznaka tipa: HR Q-2-1012, tablici odobrenih tvorničkih tipova mjerila protoka mjerila toplinske energije (slika 2) dodaju se ova mjerila:

Tip	Davalo impulsa	Qn (m ³ /h)	Proizvođač
EWZ 0,6	"open drain"	0,6	Engelmann Sensor GmbH ili
EWZ 1,5		1,5	Karl Adolf Zenner Wasserzaehlerfabrik
EWZ 2,5		2,5	GmbH
US 0,6	"open-collector"	0,6	Hydrometer GmbH ili
US 1,5		1,5	ABB Energiemesstechnik ICM ili
US 2,5		2,5	Raab Karcher Energieservice GmbH

6. Na slici 1 prikazano je mjerilo protoka tipa EWZ, a na slici 2 prikazano je mjerilo protoka tipa US mjerila toplinske energije SENSONIC.

7. Pod službenom oznakom tipa mjerila **HR Q-2-1012** primat će se mjerila toplinske energije proizvođača **Raab Karcher Energieservice GmbH**, Münster, Njemačka, navedena u prilogu rješenja o tipnom odobrenju mjerila toplinske energije KLASA UP/I 960-03/97-04/26, URBROJ: 558-03/1-97-7 pod službenom oznakom tipa mjerila Q-2-1012 od 14. svibnja 1997, kao i mjerila navedena u ovoj dopuni navedenog rješenja.

Slika 1 : Mjerilo protoka tipa **EWZ**



Slika 2 : Mjerilo protoka tipa **US**

