

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi:

RJEŠENJE

Prestaje vrijediti tipno odobrenje za mjerila toplinske energije tipa Megatron proizvođača: Siemens Landys & Staefa, službena oznaka tipa: HR Q-2-1015, KLASA: UP/I-960-03/98-07/56, URBROJ: 558-03/4-98-2 od 11 09 1998.

OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije ("Narodne novine" br. 25 / 2000.) (u daljnjem tekstu : Pravilnik), mjerila toplinske energije razvrstana su u dva razreda točnosti s oznakama razred točnosti 2 i razred točnosti 3.

Mjerilo toplinske energije iz izreke ovog rješenja odobreno je tipnim odobrenjem KLASA: UP/I-960-03/98-07/56, URBROJ: 558-03/4-98-2 od 11 09 1998. za razred točnosti A, B i C, koji nisu propisani Pravilnikom.

Temeljem članka 25. Pravilnika, mjerila toplinske energije iz izreke ovog rješenja, koja su već u uporabi, mogu se podnositi na ponovno ovjeravanje do 31. prosinca 2005. godine

Na temelju iznesenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo je rješenje konačno. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske u roku od 30 dana.


Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing

Klasa: UP/I 960-03/01-07/86
Ur. broj: 558-03/4-01-1
Zagreb, 2001-04-06

Dostaviti: - Siemens Building Technologies AG, Landis & Staefa Division,
Representative Office, Froudeova 94, 10020 ZAGREB
- OMN Zagreb, Rijeka, Osijek, Split
- pismohrana, ovdje